

Warszawa, dnia 26 maja 2022 r.

WZP.2600.2022.25.2022.3.AJ

Wykonawcy  
zainteresowani udziałem w postępowaniu

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników chemicznych na potrzeby Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa (numer postępowania 2022/25)

Centrum Obsługi Administracji Rządowej, działając zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, niniejszym informuje, iż wpłynęły pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”).

Poniżej przedstawiono treści pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:** Proszę o podanie sposobu oczyszczania oligonukleotydów niemodyfikowanych w cz. 60 (standard lub HPLC). Odpowiedź z 25/05 na pytanie nr 21 dotyczy oligonukleotydów modyfikowanych (sond) - z treści odpowiedzi nie wynika, jak mają być oczyszczane oligonukleotydy niemodyfikowane (startery).

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje iż zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” w Części 60 - Startery i sondy – oczyszczanie HPLC.

**Pytanie nr 2:** Dotyczy: Załącznik nr. 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część 42 Zamawiający pisze: Termin ważności co najmniej 2 lata od daty dostawy.

Obecnie dostępne są następujące produkty z przydatnością jak podane w tabeli:

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość (jednostka)	Przydatny do:
5	GoTaq G2 Hot Start Green Master Mix	1 op. = 100 rxns Promega Nr kat. M7422	1 op.	08.11.2024
6	GoTaq DNA polymerase	1 op. = 100 U Promega Nr kat. M3001	1 op.	04.06.2024
7	GoTaq G2 Hot Start polymerase	1 op. = 100 U Promega Nr kat. M7841	1 op.	19.11.2022

**Odpowiedź:** Dla poz. 5 i 6 w Części 42 Zamawiający wyraża zgodę na proponowany termin ważności. Natomiast dla poz. 7 w Części 42 Zamawiający zmienia termin dostawy na pierwszą połowę listopada br., przy czym termin ważności dla tej pozycji pozostaje bez zmian, tj. co najmniej 2 lata od daty produkcji.

**Pytanie nr 3:** Dotyczy: Załącznik nr. 2 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, część 66 Zamawiający pisze: Termin przydatności od daty dostarczenia: nie mniej niż 18 miesięcy.

Obecnie dostępne są następujące produkty z przydatnością jak podane w tabeli:

Lp.	Nazwa	Specyfikacja	Ilość (jednostka)	Przydatny do:
1	PCR Nucleotide Mix, 10mM	200 µl Promega C1141	2 op.	04.01.2024
2	AMV Reverse transcriptase (25 U/µl)	Promega M9004	1 op.	27.09.2023
3	Buffer Green GoTaq 5x	Promega M7911	1 kit	08.11.2024

**Odpowiedź:** Dla poz. 1-3 Z w Części 66 Zamawiający wyraża zgodę proponowany termin ważności.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.:

1. Termin składania ofert upływa dnia **31 maja 2022 r. o godzinie 11:00.**

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **31 maja 2022 r. o godzinie 11:30.**

wz Przewodniczącego  
Komisji Przetargowej