

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie na podstawie pkt. X.2. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przekazuje nw. wyjaśnienia do przedmiotowej specyfikacji:

Zapytanie	Odpowiedź
„1. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o pojemności 445 litrów oraz wysokości zewnętrznej 199,1 cm? Przy mniejszej szerokości i głębokości zewnętrznej urządzenia (65 cm x 82,2 cm) oraz minimalnie większej wysokości – różnica 4,1 cm, oferujemy Zamawiającemu zamrażarkę o znacznie większej pojemności z możliwością przechowywania aż 300 pudełek o wysokości 50 mm. Jeśli wymiary podane w specyfikacji spowodowane są ograniczeniami architektonicznymi, możemy Zamawiającemu przedstawić sposób wniesienia urządzenia. Jeśli Zamawiający nie dopuszcza, proszę o podanie powodu rezygnacji z proponowanego rozwiązania.	Akceptujemy zamrażarkę o podanych wymiarach zewnętrznych, pod warunkiem uwzględnienia w ofercie wniesienia urządzenia przez drzwi o wysokości 191 cm oraz spełnienia pozostałych wymagań opisanych w specyfikacji.
2. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową z 5 niezależnymi wewnętrznymi sekcjami zamykanymi oddzielnymi, izolowanymi drzwiczkami? Większa fragmentacja komory jest korzystniejsza, gdyż pozwala na mniejsze straty chłodu komory w przypadku otwierania wewnętrznych drzwiczek. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie	Tak
3. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę z możliwością wyposażenia maksymalnie w 15 statywów z możliwością przechowywania maksymalnie 300 pudełek o wys. 5 cm, 180 pudełek o wys. 7,5 cm oraz 150 pudełek o wys. 10 cm? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.	Tak
4. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową wyposażoną w podgrzewane uszczelki zapewniające szczelność urządzenia oraz zapobiegające gromadzeniu się oblodzenia? Oferowana zamrażarka wyposażona jest w podwójne uszczelnienie drzwi – uszczelki podgrzewane są przez dwie niezależne nagrzewnice, które zapobiegają powstawaniu na nich lodu. Jest to bezpieczniejsze rozwiązanie niż wymagane przez Zamawiającego. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie	Tak
5. Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie zamrażarki z podgrzewanym portem wyrównywania ciśnień w zamian systemu wentylacji podgrzewany z tłokiem do usuwania tworzącego się lodu? Jest to rozwiązanie w pełni równoważne wymaganym. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.	Tak
6. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę o średnim poborze mocy wynoszącym 13,68 kWh/dzień, jednak z możliwością pracy w trybie ekonomicznym, który pozwala na zmniejszenie zużycia energii o co najmniej 15% (ok. 11,63kWh/dzień)? Jeśli nie, proszę wyjaśnienie.	Tak
7. Czy Zamawiający dopuści zamrażarkę niskotemperaturową o wadze 270 kg? Oferowane urządzenie wyposażone jest w kółka jezdne, umożliwiające łatwe przetransportowanie zamrażarki. Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.”	Warunkiem akceptacji jest spełnienie pozostałych wymagań opisanych w specyfikacji (nie objętych pytaniami).

p.o. Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora

Grzegorz Kuna