WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA we WROCŁAWIU

PIORIN

ul. Piłsudskiego 15-17, 50-044 Wrocław
tel. (71) 371 84 35, fax (71) 371 84 32
www.piorin.gov.pl/wroclaw, e-mail: wi-wroclaw@piorin.gov.pl

Wrocław, dnia 21 listopada 2016r.

WAD.2601.330.2016

**/wg rozdzielnika/**

**Odpowiedzi nr 1 na pytania z dnia 18.11.2016 r. w sprawie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu laboratoryjnego ( zbiorczo).**

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu informuje, iż w dniu 18.11.2016 r. w sprawie postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego do Laboratorium Wojewódzkiego w Bolesławcu (WAD 2601.330.2016) wpłynęły zapytania z prośbą o wyjaśnienie zapisów zapytania ofertowego. Poniżej zbiorczo pytania wraz z odpowiedziami.

**Część A. Cieplarka mikrobiologiczna- 1 szt.**

1. *Czy Zamawiający dopuści cieplarkę mikrobiologiczną wyposażoną w 4 półki, z możliwością zamontowania w cieplarce 9 sztuk półek? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.*

   **Odpowiedź: NIE**
   Zamawiający podtrzymuje wymaganie możliwości zamontowania w cieplarce minimum 10 półek. Wielkość wynika z planowanego jednorazowego załadunku prób.

2. *Czy Zamawiający dopuści cieplarkę mikrobiologiczną z zakresem nastawy temperatury od +5°C powyżej temperatury otoczenia do +70°C? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.*
3. *Czy Zamawiający dopuści cieplarkę w której zakres regulacji temperatury wynosi od +5C powyżej temperatury otoczenia do 99,9C*

   **Odpowiedź ( pytanie nr 2 i nr 3): NIE.**
   Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące zakresu nastawu temperatury 3°C-60 °C. Zakres uzasadniony jest wymaganiami metodyki przeprowadzanych badań.

4. *Czy Zamawiający dopuści cieplarkę o wymiarach zewnętrznych (SxGxW) 760x790x1090mm?*
5. *Czy Zamawiający dopuści cieplarkę mikrobiologiczną o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.) 850x710x755 mm, przy zachowaniu wymaganej przez Zamawiającego pojemności komory? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.*

   **Odpowiedź ( pytanie nr 4 i nr 5): NIE**

Zamawiający podtrzymuje wymaganie dotyczące maksymalnych rozmiarów cieplarki tj. 750x650x1000mm. Z uwagi na pełną zabudowę laboratorium brak jest możliwości zamontowania urządzenia o większych gabarytach.

**Część B – mikroskop biologiczny.**

6. *Czy dla części B – mikroskop biologiczny, dopuszcza się udzielenie gwarancji przez wykonawcę jeżeli jest on autoryzowany w zakresie serwisu przez producenta mikroskopu.*

**Odpowiedź: TAK**

Zamawiający wymaga aby przy realizacji umowy z wybranym Wykonawcą wraz z dostawą sprzętu została dostarczona karta gwarancyjna producenta określająca m.in. nazwę gwaranta, czas trwania gwarancji i zakres jej działania, obowiązki gwaranta, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady. Warunkiem takich gwarancji jest zazwyczaj wymóg realizacji naprawy sprzętu w serwisie autoryzowanym przez producenta . **W związku z powyższym Zamawiający uzna za tożsame gwarancję wystawioną przez producenta oraz wystawioną przez podmiot (serwis) posiadający autoryzację producenta**. Warunkiem zaakceptowania przez Zamawiającego takiej gwarancji (wystawionej przez serwis) jest dołączenie do niej dokumentu potwierdzającego autoryzację przez producenta danego podmiotu (serwisu występującego w roli gwaranta) do wykonywania napraw oferowanego sprzętu.

**Powyższa odpowiedź ma zastosowanie również w przypadku wymagań dotyczących gwarancji dla cieplarki mikrobiologicznej ( część A) oraz wirówki laboratoryjnej (część C).**

7. *Czy dla części B – mikroskop biologiczny, dopuszcza się dołączenie do oferty oryginalnego katalogu producenta w języku angielskim.*

**Odpowiedź: TAK**

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Zbigniew Michalewski

Otrzymują:

1) Oferenci którzy w dniu 18.11.2016 złożyli zapytania (fax kopia)
2) strona Zamawiającego ( kopia treści informacji – zakładka zamówienia publiczne)
3) a/a ( oryginał)