

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – dostawę dwóch mikroskopów stereoskopowych dla WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.385.2018)

1. Oferowany sprzęt musi być nowy oraz spełniać szczegółowe wymagania opisane poniżej.
2. **Wymagania techniczne mikroskopów:**
 - okular szerokokątny WF 10x/20mm z regulacją dioptrii oraz odległości międzyżrenicowej od 55 do 75mm, kątowny 45°;
 - głowica stereoskopowa: zoom od 0.7x do 4.5x, powiększenie od 7x do 45x, pole widzenia 28.5 do 4.4mm;
 - odległość robocza: 100mm, maksymalna wysokość obserwowanego obiektu: 35mm;
 - zawieszenie zębatkowe z regulacją wysokości;
 - podświetlenie LED od dołu i od góry (z niezależną regulacją intensywności);
 - w komplecie nakrywka materiałowa;
 - dodatkowo do każdego mikroskopu zestaw bezpieczników (minimum 10 sztuk w zestawie) kompatybilnych z oferowanym modelem i ściereczka z mikrofibry o wymiarach ok. 15x15cm.