



**WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA**  
**w Opolu**

WAD.272.2.2019

Opole, dnia 03.04.2019 r.

W związku z zapytaniem skierowanym e-mailem w dniu 2 kwietnia b.r. pod adresem Zamawiającego prowadzącego postępowanie, o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wojewódzkiego na potrzeby WIORiN w Opolu w 2019 roku informuję o zajęтым stanowisku:

1. Pytanie : *czy Zamawiający zaakceptuje sterylizator parowy, pionowy, spełniający wszystkie wymagane punkty – poza punktem: 'wbudowana pompa próżniowa, dostępna próżnia frakcjonowana i suszenie próżniowe'?*

Odpowiedź: Zamawiający nie zaakceptuje sterylizatora parowego pionowego nie spełniającego wymagania punktu: "wbudowana pompa próżniowa, dostępna próżnia frakcjonowana i suszenie próżniowe".

Stanowisko Zamawiającego nie wymaga dokonania zmian w SIWZ, a termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

w/z Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki  
*Monika Krawczyk*