



## WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA

w Opolu

WAD.272.3.2019

Opole, dnia 30.04.2019 r.

W związku z pytaniem skierowanym e-mailem w dniu 30 kwietnia b.r. pod adresem Zamawiającego prowadzącego postępowanie, o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zakup sprzętu laboratoryjnego dla Laboratorium Wojewódzkiego na potrzeby WIORiN w Opolu w 2019 roku informuję o zajęтым stanowisku:

1. *Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr I, wyrazi zgodę na uchwyt rewolwerowy z jednym gniazdem na suwaki kontrastu Nomarskiego obsługującym wszystkie wymienione w opisie obiektywy?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na uchwyt rewolwerowy z jednym gniazdem na suwaki kontrastu Nomarskiego.

2. *Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr I, wyrazi zgodę na statyw z 5 uchwytami na filtry do światła przechodzącego w postaci suwaków, z wymaganymi w opisie filtrami neutralnymi i konwersyjnym?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na na statyw z 5 uchwytami na filtry do światła przechodzącego w postaci suwaków.

3. *Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr I, wyrazi zgodę na obiektyw 20x, planachromat, z ponad dwukrotnie wyższą od wymaganej odległości roboczą = 0,92 mm, niezbędną do obserwacji grubszych preparatów, jednak nieco mniejszą aperturą numeryczną = 0,40 (zamiast 0,45)?*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na na obiektyw 20x, planachromat, z ponad dwukrotnie wyższą od wymaganej odległości roboczą = 0,92 mm, niezbędną do obserwacji grubszych preparatów, jednak nieco mniejszą aperturą numeryczną = 0,40 (zamiast 0,45).

4. *Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr I, wyrazi zgodę na obiektyw 100x, semiplanapochromat, z nieco wyższą od wymaganej aperturą numeryczną = 1,32, a w związku z tym nieco niższą odległością roboczą = 0,18 mm (mniejszą o 0,02 mm od wymaganej).*

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na obiektyw 100x, semiplanapochromat, z nieco wyższą od wymaganej aperturą numeryczną = 1,32, a w związku z tym nieco niższą odległością roboczą = 0,18 mm (mniejszą o 0,02 mm od wymaganej).


5. Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 1, wyrazi zgodę na użycie nowoczesnej, kolorowej kamery CMOS o: dwukrotnie większej od wymaganej rozdzielczości tj. 10 Megapikseli (3648 × 2736), wymaganej digitalizacji oraz z racji budowy i działania kamery:

- krótszym (węższym) od wymaganego czasem integracji (akwizycji) tj. od 0,5 ms do 500 ms
- uniwersalnym łączem USB 2.0 (umożliwiającym połączenie z komputerem za pomocą standardowego kabla USB)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na użycie nowoczesnej kolorowej kamery CMOS.

Stanowisko Zamawiającego nie wymaga dokonania zmian w SIWZ, a termin składania ofert w niniejszym postępowaniu nie ulega zmianie.

w/z Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu

  
Kierownik Działu Ochrony Roślin i Techniki  
Monika Krawczyk