

Gdańsk, 06.05.2016 r.

WAD.272.52016

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
(wszyscy)
Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu WAD.272.5.2016 *na dostawę sprzętu laboratoryjnego*, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie 6 – Szafa chłodnicza laboratoryjna (chłodziarka)

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę laboratoryjną o wysokości 2150 mm i pozostałych parametrach zgodnych z zapisami ?

Odp. Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarkę laboratoryjną o wysokości 2150 mm i pozostałych parametrach zgodnych z zapisami SIWZ.

Zadanie 7 – Zamrażarka

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zamrażarkę laboratoryjną o wysokości 2150 mm

i pozostałych parametrach zgodnych z zapisami SIWZ ?

Odp. Zamawiający dopuści do zaoferowania zamrażarkę laboratoryjną o wysokości 2150 mm i pozostałych parametrach zgodnych z zapisami SIWZ.

Zadanie 8 – Chłodziarko-zamrażarka

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarko - zamrażarkę laboratoryjną, gdzie zakres temperatur dla chłodziarki wynosi : + 2°C - + 10°C i pozostałych parametrach zgodnych z zapisami SIWZ?

Odp. Zamawiający dopuści do zaoferowania chłodziarko-zamrażarkę laboratoryjną o zakresie temperatur chłodziarki wynoszącym od +2°C do +10°C i pozostałych parametrach zgodnych z zapisami SIWZ.

Pomorski
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Andrzej Kania