

Gdańsk, 10.05.2016 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
(wszyscy)
Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam kolejne, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu WAD.272.5.2016 *na dostawę sprzętu laboratoryjnego*, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie 4: Dyspenser mikroplótkowy:

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykazujące następujące parametry:
 - a. Precyzja dozowania: $\leq 2,5$ % CV przy 5 μ l;
 - b. Dokładność dozowania: ± 2 % przy 5 μ l;
 - c. Prędkość dozowania: 3,5 sekundy dla objętości 20 μ l do 96 dołków ?

Powyższe parametry są na bardzo wysokim poziomie. Producent zaoferowanego dyspensera nie posiada danych technicznych dla określonych w SIWZ objętościach.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port USB zamiast RS 232?
Złącze USB jest znacznie częściej używane we współczesnych komputerach.

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie wyposażone w port USB.

3. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 9,6 kg?

Odp. Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 9,6 kg.

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
Bożena Bukowska