

Gdańsk, 10.05.2016

WAD.272.5.2016

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam kolejne, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu WAD.272.5.2016 *na dostawę sprzętu laboratoryjnego*, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Zadanie 6: Szafa chłodnicza laboratoryjna

1. Czy Zamawiający dopuści, aby maksymalne obciążenie półki wynosiło 30 kg, przy spełnieniu wszystkich pozostałych kryteriów dla szafy chłodniczej?

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

Zadanie 7: Zamrażarka

1. Czy Zamawiający dopuści, aby maksymalne obciążenie półki wynosiło 30 kg, przy spełnieniu wszystkich pozostałych kryteriów dla zamrażarki?

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

KIEROWNIK  
Działu Administracyjnego  
*Bożena Bukowska*