

Gdańsk, 11.05.2016 r.

WAD.272.52016

Uczestnicy postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego  
(wszyscy)  
*Szanowni Państwo!*

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu WAD.272.5.2016 *na dostawę sprzętu laboratoryjnego*, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

#### **Zadanie 1 Stacja Pipetująca**

1. Czy Zamawiający dopuści zakres pracy 5-200 ul, skok co 0,2 ul?

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

2. Czy Zamawiający dopuści wymiary 370x370x330 mm?

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

3. Czy Zamawiający dopuści pudełko wyposażone w system specjalnych kanałów umieszczonych

wzdłuż i poprzek pudełka zapewniając zwiększenie stabilności podczas pracy?

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

#### **Dotyczy zadani nr 6 – szafa chłodnicza laboratoryjna:**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szafy chłodniczej laboratoryjnej o wysokości zewnętrznej 2150 mm nie posiadającej rolek do przemieszczania? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

#### **Dotyczy zadani nr 7 – zamrażarka:**

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie zamrażarki o wysokości zewnętrznej 2150 mm nie posiadającej rolek do przemieszczania? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.*

#### **Zadanie 6 Szafa chłodnicza laboratoryjna**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość zewnętrzną urządzenia 2150 mm przy zachowaniu pozostałych, wyspecyfikowanych wymiarów?

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wysokość zewnętrzną urządzenia 2150 mm przy zachowaniu pozostałych, wyspecyfikowanych parametrów.*

#### **Zadanie 7 Zamrażarka**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wysokość zewnętrzną urządzenia 2150 mm przy zachowaniu pozostałych, wyspecyfikowanych wymiarów?

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wysokość zewnętrzną urządzenia 2150 mm przy zachowaniu pozostałych, wyspecyfikowanych parametrów.*

#### **Zadanie 8 Chłodziarko-zamrażarka**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na chłodziarko - zamrażarkę, w której zakres temperatur zamrażarki wynosi od -10 do -30 °C?

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na chłodziarko –zamrażarkę, w której zakres temperatur zamrażarki wynosi od -10 do -30 °C.*

2. Czy Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne/komory (SxGxW) 600x685x700mm przy zachowaniu wyspecyfikowanych wymiarów zewnętrznych?

*Odp. Zamawiający dopuści wymiary wewnętrzne komory (SxGxW) 600x685x700 przy zachowaniu wyspecyfikowanych wymiarów zewnętrznych.*

3. Prosimy o informację jaki rejestrator temperatury jest wymagany?

*Odp. Zamawiający wymaga, aby do chłodziarko-zamrażarki dołączony był rejestrator temperatury o zakresie pomiarowym od -30 do +70 stopni Celsjusza np. Testo 174 T*

4. Zamawiający wymaga wniesienia urządzenia. Prosimy o podanie drogi transportu jaką ma przebyć urządzenie od wejścia budynku do pomieszczenia docelowego szczególnie, na którym piętze jest pomieszczenie, czy w budynku jest winda (jaka jest szerokość i wysokość windy), czy są zakręty i wysokie progi. Informacje te są niezbędne do prawidłowej wyceny usługi.

*Odp. Pomieszczenia laboratoryjne usytuowane są w budynku parterowym, który jest połączony łącznikiem z pomieszczeniem szklarniowym. Dojazd jest pozbawiony wysokich progów. Budynek nie jest wyposażony w windę.*

#### **1. Dotyczy § 3 ust. 3 umowy.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisu § 3 ust. 3 umowy? Ewentualnie na doprecyzowanie, iż chodzi o wady i usterki istniejące w chwili wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu lub wynikłe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy?

Uzasadnienie:

Zapis zawarty w projekcie umowy nie zwiera postanowień co do tego, z czego wykryte wady i usterki mogłyby wynikać. Zgodnie z umową w razie zaistnienia takich okoliczności Wykonawca obowiązany będzie do dokonania naprawy. Dodatkowe zastrzeżenie, iż Zamawiający może wstrzymać zapłatę wynagrodzenia, bez wskazania przyczyny usterek, może w istocie stanowić przejaw zachowania po stronie Wykonawcy ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy, pomimo jego wydania Zamawiającemu, aż do momentu zapłaty ceny. Wskazany zapis może bowiem umożliwiać odmowę zapłaty nawet w sytuacji kiedy wada lub usterka wynikły z działań podjętych przez osoby trzecie, a nie z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie.

*Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu § 3 ust. 3 umowy.*

*§ 3 dotyczy formy odbioru przedmiotu umowy, a więc wad i usterek istniejących w chwili wydania przedmiotu umowy.*

**2. Dotyczy § 6 ust. 2 umowy.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy określony w § 6 ust. 2 umowy termin 2 dni roboczych to termin na dokonanie naprawy, czy też czas w którym naprawa ma zostać rozpoczęta (tzw. czas reakcji serwisu)? Jeśli Zamawiający uznaje że jest to czas naprawy, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wskazanego terminu do 10 dni roboczych?

Uzasadnienie:

Wskazany termin, rozumiany jako czas reakcji serwisu jest do zaakceptowania. Jeśli jednak jest rozumiany jako czas na dokonanie naprawy, to przy stopniu skomplikowania oferowanych urządzeń, jest on zbyt krótki.

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie wskazanego terminu do 10 dni roboczych.*

**3. Dotyczy § 10 ust. 3 i 4 umowy.**

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę § 10 ust. 3 i 4 umowy na następujące brzmienie:

„3. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonego w protokole odbioru i nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia podpisania ww. protokołu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje w terminie 14 dni od dnia upływu określonego w ust. 3 terminu.”

Uzasadnienie:

Obecny zapis umożliwia Zamawiającemu odstąpienie od umowy przy stwierdzeniu jakichkolwiek, nawet niewielkich nieprawidłowości w dostawie, nie dając Wykonawcy szans na podjęcie czynności zmierzających do ich usunięcia.

*Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę § 10 ust. 3 i 4 na następujące brzmienie:*

„3. W razie niewłaściwego wykonania przedmiotu Umowy stwierdzonego w protokole odbioru i nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 14 dni od dnia podpisania ww. protokołu, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy.

4. Prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje w terminie 14 dni od dnia upływu określonego w ust. 3 terminu.”

Pomorski  
Wojewódzki Inspektor  
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Andrzej Kania