

Gdańsk, 13.06.2016 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
(wszyscy)
Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu WAD.272.6.2016 *na dostawę sprzętu laboratoryjnego*, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

1. Dotyczy wzoru umowy , §6, ustęp 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu załatwienia reklamacji do **15 dni roboczych**?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu reklamacji, przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego analiza). Biorąc pod uwagę ten aspekt, jak również i fakt, iż nasze produkty produkowane są i magazynowane poza granicami kraju, podany tutaj termin jest niewystarczającym i naraża Wykonawcę na ponoszenie kar umownych.

Odp. TAK

2. Dotyczy wzoru umowy , §6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu do umowy iż "termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 5 dni roboczych od momentu jej otrzymania przez Wykonawcę"?

Prośbę swoją motywujemy tym, iż w przypadku złożenia reklamacji niezbędny jest odbiór przedmiotu reklamacji oraz przeprowadzenie samej analizy słuszności reklamacji (w tym wysłanie do producenta i jego analiza) a więc jej rozpatrzenie.

Odp. TAK

3. Dotyczy wzoru umowy , § 6, ust.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu naprawy reklamowanego urządzenia od momentu uznania reklamacji?

Odp. TAK

4. Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wartości od których liczone są kary z „brutto” na „netto”?

Odp. NIE

Zadanie nr 1: Dygestorium

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wym. 1200 x 960 x 2400 mm (dł. x gł. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający nie dopuści dygestorium o wymiarze 1200 x 960 x 2400 mm.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wym. roboczym blatu 752x1112mm (gł.xdł.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odp. Zamawiający dopuszcza dygestorium o wymiarze roboczym blatu (gł. x dł.) 752 x 1112 mm.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium z wentylacją komory za pomocą kanału odprowadzającego powietrze przebiegającym systemie zoptymalizowanych profili zlokalizowanych na tylnej ścianie? Poniżej przedstawiamy opis i zdjęcie zaproponowanego rozwiązania.

Zdjęcie: nieczytelne.

Moduł wyciągu powietrza.

Opatentowany system posiada w przeciwieństwie do standardowych konstrukcji wiele zalet. Profile naszych modułów wyciągowych zwiększają wydajność przepływu powietrza przez co zwiększa wskaźnik usuwania emisji, zapewniają dodatkowo optymalny przepływ laminarny. Moduły te są łatwo demontowalne, co upraszcza dostęp w celu regularnego odkażania.

Odp. Zamawiający nie dopuści dygestorium z wentylacją komory za pomocą kanału odprowadzającego powietrze przebiegającego w specjalnym systemie zoptymalizowanych profili zlokalizowanych na tylnej ścianie.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści dygestorium wyposażone w czujnik przepływu powietrza oraz wskaźnikami jego prawidłowego lub nieprawidłowego przepływu wraz z sygnalizacją akustyczną i optyczną ale bez wskazania bieżącego przepływu w m³/h?

Odp. Zamawiający nie dopuści dygestorium wyposażonego w czujnik przepływu powietrza oraz wskaźniki jego prawidłowego lub nieprawidłowego przepływu wraz z sygnalizacją akustyczną i optyczną ale bez wskazania bieżącego przepływu w m³/h.

Zastępca Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Kazimierz Kubiński