

Gdańsk, 24.03.2017 r.

WAD.272.2.2017

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
(wszyscy)
Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu nieograniczonego WAD.272.2.2017 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku.

Zadanie nr 5 – Zmywarka laboratoryjna:

1. Dot.: wzoru umowy – załącznik nr 2

§ 3 pkt. 2

Co Zamawiający rozumie przez odbiór jakościowy?

W dniu dostawy (ustalonym przez obie strony) następuje instalacja, uruchomienie oraz przeprowadzane są cykle próbne, mające wykazać prawidłowe działanie urządzenia. Przeprowadzane jest szkolenie wyznaczonego personelu. Czy Zamawiający zgodzi się na podpisanie protokołów w tym samym dniu? Jeżeli nie, czy wymagana jest obecność przedstawiciela Wykonawcy przy odbiorze jakościowym - wiąże się to z dodatkowym kosztem przyjazdu serwisanta?"

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na podpisanie protokołu jakościowego w tym samym dniu co protokół ilościowy. Przez odbiór jakościowy rozumiemy spełnienie wszelkich warunków zawartych w SIWZ – opisie dla danego urządzenia (zał. nr 1)

KIEROWNIK
Działu Administracyjnego
Bożena Bukowska