



WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA w Gdańsku

WAD.272.3.2017

Gdańsk, 21.07.2017 r.

Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
(wszyscy)
Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) w załączeniu przesyłam, zapytania zgłoszone przez Oferentów i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dotyczących przetargu nieograniczonego WAD.272.3.2017 na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Gdańsku.

Zadanie nr 3 – Chłodziarka laboratoryjna.

1. Czy Zamawiający dopuści chłodziarkę o klasie klimatycznej 5 oraz spełniającą pozostałe parametry wymagane przez zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie chłodziarki o klasie klimatycznej 5.