

Koszalin, dnia 11 grudnia 2015 roku

WAD. 272.2.24.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na podstawie Zarządzenia Nr 10/2014 Wojewódzkiego Inspektora z dnia 28.04.2014 r. w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Koszalinie zaprasza do złożenia oferty na zakup wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego w Koszalinie,

Zamawiający:

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENICTWA W KOSZALINIE,
75-411 Koszalin, ul. Partyzantów 7 – 9
Tel.: (94) 343-32-14, 343-32-69, fax.: (94) 34-155-82
Godziny urzędowania: w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30
Strona internetowa: www.piorin.gov.pl/zachodniopomorskie

Przedmiot zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą zamrażarki niskotemperaturowej dla potrzeb Laboratorium Wojewódzkiego w Koszalinie,

Specyfikacja dla zamrażarki niskotemperaturowej -86°C

1. Wykonanie zamrażarki – pionowe (szafowe).
2. Pojemność użytkowa od 330 do 340 litrów
3. Izolacja zamrażarki wykonana w z pianki poliuretanowej o grubości 130 mm
4. Zakres nastawiania temperatury -50°C do -86°C.
5. Szerokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 750 mm .
6. Głębokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 870 mm .
7. Wysokość zewnętrzna zamrażarki nie większa niż 1830 mm
8. Układ chłodzenia kaskadowy, dwu-kompresorowy. Układ chłodzenia przystosowany do pracy z naturalnymi, przyjaznymi dla środowiska naturalnego, węglowodorowymi czynnikami chłodniczymi
9. Jedne drzwi zewnętrzne i dwoje izolowanych wewnętrznych
10. Zamrażarka wyposażona w minimum 3 półki z regulacją wysokości
11. Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem typu LED
12. Sterownik wyposażony w alarmy o zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperaturze w zamrażarce, zaniku zasilania, zanieczyszczeniu filtra skraplacza, rozładowaniu baterii zasilającej układ alarmowy, konieczności wymiany uszkodzonego lub zużytego elementu
13. Możliwość blokady klawiatury za pomocą kombinacji dwóch przycisków
14. Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz
15. Panel sterowania oraz wyświetlacz umiejscowione poza drzwiami zamrażarki umożliwiające stały podgląd parametrów podczas załadunku / rozładunku wnętrza
16. Zamrażarka wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia.
17. Dokładność regulacji temperatury $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

18. Maksymalna waga urządzenia nie większa niż 241 kg.
19. Poziom głośności pracy urządzenia nie większy niż 52 dB
20. System awaryjnego podtrzymywania temperatury „CO₂ backup” (wolnostojący) z funkcją zliczania zużytego gazu i możliwością działania do 4-5 dni o wymiarach SxGxW (21,5x30,7x15,5) cm
21. Wyposażenie zamrażarki w stelaże metalowe na pudełka kriogeniczne o wymiarach zewnętrznych (SxGxW): 141x564x285 mm, 6 szt.
22. Wyposażenie urządzenia w butlę syfonową z CO₂ o pojemności 30 kg
23. Możliwość wyposażenia w rejestrator temperatury z powiadamianiem na telefon komórkowy o stanach awaryjnych
24. Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania
25. Wbudowany system diagnostyczny z wyświetlaniem kodów błędów informujących o usterkach czujników
26. Drzwi wewnętrzne izolowane z zamknięciem na zatrask
27. Wymagane jest wzorcowanie w temperaturze od - 86°C do - 68°C wykonane w co najmniej 5 punktach w urządzeniu (wzorcowanie przeprowadzone w taki sposób, aby objęło całe urządzenie). Wykonane przez Akredytowane Laboratorium, potwierdzone świadectwem wzorcowania z symbolem akredytacji PCA.
28. Zasilanie zamrażarki 230V / 50Hz
29. Urządzenie będące wyrobem medycznym zgodnym z dyrektywą 93/42/EEC, posiadającym stosowną deklarację zgodności.
30. Dzienny pobór energii nie większy niż 5,9 kWh.
31. Gwarancja: 24 miesiące od dnia dostarczenia do laboratorium.
32. W cenie: koszty dostawy, wniesienia do pomieszczenia, instalacji oraz szkolenia personelu.

Uwaga, istotne informacje dla Wykonawcy

Wymiary drzwi:

75 cmx191 cm (SxW)

Wymiary okna:

150 cmx120 cm (SxW)

Termin realizacji zamówienia, nieprzekraczalnie do dnia 30 grudnia 2015 roku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty.

Zapytania o przedmiot zamówienia: Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Pani Jadwiga Wydziałkowska, Kierownik Laboratorium Wojewódzkiego w Koszalinie, tel. (94) 343 26 39, w sprawach merytorycznych Pani Barbara Szczechowicz, Specjalista w Dziale Administracyjnym, tel. (94) 343 32 14 wewn. 35, e-mail: da-koszalin@piorin.gov.pl

Sposób przygotowania oferty: Wykonawca powinien sporządzić ofertę na formularzu ofertowym, podając cenę jednostkową netto i cenę brutto. Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy. Musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione lub upoważnione do występowania w imieniu wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczętką imienną.

Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 16.12.2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i nasiennictwa w Koszalinie, ul. Partyzantów 7-9, 75 – 411 Koszalin – pokój Nr 1 (sekretariat) , przesłać faksem na nr tel. (94) 341-55-82 lub e-mailem: da-koszalin@piorin.gov.pl

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa


Zdzisław Pióro